

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

سری ساخت : ECT۱۰۷

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۸۲	۱.۰۳۸	۱۱.۷۵۶	۱۲.۷۹۴	۱۳.۸۳۳	۱۴.۸۷	۱۵.۹۰۸	۱۶.۹۴۶	۱۷.۹۸۴

مقدار	تاریخ
۱۲.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۳.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۴.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۵.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۳.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۳.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۵.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۵.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰

CV%: 5.51	SD: 0.776	Mean: 14.091
-----------	-----------	--------------

