

LIASON CON : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : ( Toxoplasma Ab ( IgM  
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : سری ساخت : ۵۶۱۰۴۴۰ : لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۸,۱۱	۴,۶۷۱	۱۱,۷۸	۱۶,۴۵۱	۲۱,۱۲۲	۲۵,۷۹۳	۳۰,۴۶۴	۳۵,۱۳۵	۳۹,۸۰۶

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۶,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۵,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۸,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۹,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۳,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۹,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۸,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۹,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۰,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 11.185	SD: 3.21	Mean: 28.7
-------------	----------	------------

