آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Albumin serum
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰/.
عنوان کنترل : Multi II
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۵,۹۲	۵,۶۲	۵,۳۲	۵,۰۲	۴,۷۲	۴,۴۲	۴,۱۲	۰,۳	۱,۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۴,۸
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵,۱
۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵,۳
۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵,۱

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵
۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۴,۸
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴,۹
۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵,۱

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۴,۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۱

Mean: 5	SD: 0.17	CV%: 3.399



آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Albumin serum
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN324
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۴,۲۹۹	۴,۰۶۶	۳,۸۳۳	۳,۶	۳,۳۶۷	۳,۱۳۴	۲,۹۰۱	۰,۲۳۳	۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳,۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳,۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳,۶
۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳,۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۷
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳,۵
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳,۸

Mean: 3.627	SD: 0.142	CV%: 3.917