آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Aldolase
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷ سری ساخت : AD۴۶۹

عنوان کنترل : Randox III
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۲۵

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۲,۳۸۷	۲۱,۳۳۸	۲۰,۲۸۹	۱۹,۲۴	۱۸,۱۹۱	۱۷,۱۴۲	۱۶,۰۹۳	۱,۰۴۹	۵,۴۵۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸,۲
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۰,۲
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸,۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۹,۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۹,۷
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۰,۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۰,۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۹,۵
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۸,۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۹,۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۹,۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸,۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹

Mean: 19.318	SD: 0.655	CV%: 3.391


هیتاچی ۹۱۷
22.387
21.338
20.289
19.24
18.191
17.142
16.093
1-18.2
2-20.2
3-19
4-18.5
5-19.3
6-19.7
7-20.1
8-18.2
9-19
10-20
11-20.1
12-19.5
13-20
14-18.5
15-19.5
16-19.6
17-19
18-19
19-20
20-18.6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


22-19
22
23