آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Alkaline Phosphatase
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۳۹۳,۴۲۳	۳۸۴,۳۸۲	۳۷۵,۳۴۱	۳۶۶,۳	۳۵۷,۲۵۹	۳۴۸,۲۱۸	۳۳۹,۱۷۷	۹,۰۴۱	۲,۴۶۸

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۵۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۷۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۶۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۶۲
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۵۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۷۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۶۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۵۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۶۶
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۶۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۶۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۵۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۷۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۶۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۷۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۶۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۵۹
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۲

Mean: 365.846	SD: 5.985	CV%: 1.636


Olampius
393.423
384.382
375.341
366.3
357.259
348.218
339.177
1-358
2-374
3-371
4-360
5-368
6-362
7-359
8-374
9-370
10-360
11-358
12-374
13-373
14-366
15-368
16-362
17-358
18-370
19-368
20-360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1-370
22-374
23-364
24-359
25-360
26-372
21 22 23 24 25 26 27