آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Amylase serum
عنوان دستگاه : Cobas 6000
سری ساخت : ۰۰۵۹۵۴۲.
عنوان کنترل : Multi II
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۳۲	۲۲۰	۲۰۸	۱۹۶	۱۸۴	۱۷۲	۱۶۰	۱۲	۱

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۹۹
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۹۳
۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۰۶
۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۹۱

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۸۹
۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۹۹
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۰۸
۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۹۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۹۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۹۲

Mean: 196.4	SD: 6.433	CV%: 3.275



آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Amylase serum
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN324
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۱۰۳,۹۹۹	۹۸,۶۶۶	۹۳,۳۳۳	۸۸	۸۲,۶۶۷	۷۷,۳۳۴	۷۲,۰۰۱	۵,۳۳۳	۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۹۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۷
۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۹
۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸۸

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹۱
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۷
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۸۳

Mean: 88.167	SD: 3.186	CV%: 3.614