آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Amylase serum
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN324
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۹۷,۶۷۸	۹۴,۶۵۲	۹۱,۶۲۶	۸۸,۶	۸۵,۵۷۴	۸۲,۵۴۸	۷۹,۵۲۲	۳,۰۲۶	۳,۴۱۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۵,۶
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹۰
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۹

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹۰
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۸۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹۰
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۸۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۸
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹۱

Mean: 88.271	SD: 1.883	CV%: 2.133


Olampius
97.678
94.652
91.626
88.6
85.574
82.548
79.522
1-89
2-86
3-85.6
4-90
5-91
6-87
7-89
8-86
9-88
10-89
11-86
12-89
13-91
14-87
15-86
16-90
17-86
18-91
19-87
20-86
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


21-89
22-87
23-91
24-90
25-87
26-88
27-89
28-91
21 22 23 24 25 26 27 28 29