آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : CPK MB
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : ۶۰۸۳۸۴
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۳۷,۸۹۶	۳۷,۲۱۲	۳۶,۵۲۸	۳۵,۸۴۴	۳۵,۱۶	۳۴,۴۷۶	۳۳,۷۹۲	۰,۶۸۴	۱,۹۰۹

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۵,۲
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۶,۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۵,۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۵,۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۶,۲
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۶,۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۵,۲
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۵,۷

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۶,۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۶,۵
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۵,۶
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۵,۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۶,۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۵,۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۵,۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۵,۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۵,۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۵,۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۵,۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۵,۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۵,۳
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۶
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۵
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۴

Mean: 35.785	SD: 0.414	CV%: 1.158


Olampius
37.896
37.212
36.528
35.844
35.16
34.476
33.792
1-35.2
2-36.4
3-36
4-35.5
5-35.8
6-36.2
7-36.4
8-35.2
9-35.7
10-36.1
11-36.5
12-35.6
13-35.8
14-36.3
15-35.9
16-35.9
17-35.2
18-35.4
19-35.5
20-35.4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-35.4
22-35.3
23-35.8
24-36
25-35.5
26-36.4
21 22 23 24 25 26 27