آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Calcium
عنوان دستگاه : Cobas 6000
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰/.
عنوان کنترل : Multi II
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۱۵	۱۴,۵	۱۴	۱۳,۵	۱۳	۱۲,۵	۱۲	۰,۵	۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۶
۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۸
۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۳,۲۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۳,۲
۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۳,۷
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۳,۴
۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۳,۳۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۳,۲۲
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۳۸

Mean: 13.45	SD: 0.282	CV%: 2.097



آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Calcium
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : لد۳۲۴
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۹,۲	۸,۹	۸,۶	۸,۳	۸	۷,۷	۷,۴	۰,۳	۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۱
۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸,۲
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸,۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸,۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸,۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۸,۲

Mean: 8.292	SD: 0.173	CV%: 2.086