آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Calcium
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : لد۳۲۴
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۸,۶۴۴	۸,۵۳۵	۸,۴۲۶	۸,۳۱۷	۸,۲۰۸	۸,۰۹۹	۷,۹۹	۰,۱۰۹	۱,۳۱۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۲۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸,۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸,۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸,۳۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸,۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸,۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸,۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸,۳۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸,۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸,۳۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸,۲۷
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸,۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۸,۳۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۴۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸,۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸,۳۷
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸,۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸,۴۲
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸,۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۳۴

Mean: 8.333	SD: 0.07	CV%: 0.839


Olampius
8.644
8.535
8.426
8.317
8.208
8.099
7.99
1-8.22
2-8.3
3-8.41
4-8.24
5-8.4
6-8.24
7-8.32
8-8.4
9-8.3
10-8.4
11-8.32
12-8.24
13-8.34
14-8.27
15-8.41
16-8.32
17-8.45
18-8.3
19-8.37
20-8.4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


22-8.24
23-8.34
22 23 24