آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Chloride
عنوان دستگاه : مدیکا ۳
سری ساخت : ۲۴۰۱۰..
عنوان کنترل : کنترل نرمال
شروع کنترل :۱۴۰۳/۱۱/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۱۰۸,۸۲۳	۱۰۶,۹۳۲	۱۰۵,۰۴۱	۱۰۳,۱۵	۱۰۱,۲۵۹	۹۹,۳۶۸	۹۷,۴۷۷	۱,۸۹۱	۱,۸۳۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰۳,۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰۳,۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰۴,۵
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰۳,۷
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰۱,۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰۱,۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰۴,۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰۴,۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰۵
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰۲,۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۳,۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۰۴,۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۲,۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۲,۴
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۲
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۵

Mean: 103.53	SD: 1.292	CV%: 1.248