# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Direct bilirubin
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN324
عنوان کنترل : Cntrol Normal
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۲۱

| SD۳ | SD۲ | SD۱ | MEAN | SD۱- | SD۲- | SD۳- | SD | %CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰,۹۰۱ | ۰,۸۵۲ | ۰,۸۰۳ | ۰,۷۵۴ | ۰,۷۰۵ | ۰,۶۵۶ | ۰,۶۰۷ | ۰,۰۴۹ | ۶,۵۶۳ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰,۷۲ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰,۷۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰,۷۰۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰,۷۵ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰,۷۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰,۷۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰,۷۱ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰,۷۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰,۷۵ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰,۷۰۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰,۷۴ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰,۷۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰,۷۹ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰,۷۴ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰,۸ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰,۷۲ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰,۷۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰,۷۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰,۷۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰,۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰,۷۳ |

| Mean: 0.764 | SD: 0.033 | CV%: 4.271 |
|---|---|---|


Olampius
0.901
0.852
0.803
0.754
0.705
0.656
0.607
1-0.72
2-0.8
3-0.77
4-0.8
5-0.708
6-0.75
7-0.77
8-0.8
9-0.78
10-0.71
11-0.78
12-0.8
13-0.75
14-0.708
15-0.74
16-0.8
17-0.77
18-0.79
19-0.74
20-0.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


22-0.76
23-0.8
24-0.76
25-0.78
26-0.8
27-0.73
21 22 23 24 25 26 27 28