آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Fasting Blood Sugar
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۶۹,۴۱۴	۲۶۱,۸۵۳	۲۵۴,۲۹۲	۲۴۶,۷۳۱	۲۳۹,۱۷	۲۳۱,۶۰۹	۲۲۴,۰۴۸	۷,۵۶۱	۳,۰۶۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۴۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۵۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۴۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۵۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۴۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۳۹
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۴۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۴۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۵۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۴۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۴۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۵۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۴۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۴۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۴۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۵۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۴۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۳

Mean: 246.391	SD: 5.211	CV%: 2.115


Olampius
269.414
261.853
254.292
246.731
239.17
231.609
224.048
1-254
2-240
3-246
4-253
5-250
6-241
7-248
8-254
9-244
10-239
11-245
12-248
13-252
14-245
15-240
16-254
17-240
18-244
19-243
20-250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


22-241
23-253
1
22
23
24