آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Gamma GT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۱۲,۱۴۳	۲۰۴,۴۰۳	۱۹۶,۶۶۳	۱۸۸,۹۲۳	۱۸۱,۱۸۳	۱۷۳,۴۴۳	۱۶۵,۷۰۳	۷,۷۴	۴,۰۹۷

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸۹
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۹۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۸۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۸۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۹۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۹۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۸۷

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۹۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۸۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۹۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۸۶
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۸۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۹۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۹۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۸۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۹۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۹۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۸۲
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۸۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۹۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۹۲
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸۵

Mean: 189	SD: 5.072	CV%: 2.684


Olampius
212.143
204.403
196.663
188.923
181.183
173.443
165.703
1-182
2-189
3-195
4-185
5-182
6-196
7-192
8-187
9-195
10-183
11-192
12-186
13-182
14-190
15-195
16-185
17-195
18-193
19-182
20-189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


22-192
23-185
1 22 23 24