آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : HDL cholesterol
عنوان دستگاه : olampius
سری ساخت : GN324
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۳۲,۴۵	۳۰,۸	۲۹,۱۵	۲۷,۵	۲۵,۸۵	۲۴,۲	۲۲,۵۵	۱,۶۵	۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲۸

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۶
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۸

Mean: 27.607	SD: 1.166	CV%: 4.222


olampius
32.45
30.8
29.15
27.5
25.85
24.2
22.55
1-26
2-28
3-29
4-26
5-27
6-29
7-29
8-26
9-27
10-28
11-27
12-28
13-29
14-28
15-26
16-27
17-28
18-29
19-26
20-29
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


21-28
22-27
23-26
24-29
25-28
26-29
27-26
28-28
21 22 23 24 25 26 27 28 29