آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : HDL cholesterol
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۶۳,۴۸۴	۶۰,۶۵۶	۵۷,۸۲۸	۵۵	۵۲,۱۷۲	۴۹,۳۴۴	۴۶,۵۱۶	۲,۸۲۸	۵,۱۴۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۵۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۵۶
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵۷

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۵۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۵۴
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۵

Mean: 54.739	SD: 1.602	CV%: 2.926


Olampius
63.484
60.656
57.828
55
52.172
49.344
46.516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-53
2-55
3-57
4-53
5-57
6-54
7-53
8-53
9-56
10-57
11-54
12-55
13-57
14-55
15-53
16-57
17-53
18-54
19-57
20-53


22-54
23-55
22 23 24