آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : IRON
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۳۱,۴۹۸	۲۲۶,۲۳۲	۲۲۰,۹۶۶	۲۱۵,۷	۲۱۰,۴۳۴	۲۰۵,۱۶۸	۱۹۹,۹۰۲	۵,۲۶۶	۲,۴۴۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۱۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۱۵
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۱۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۱۶
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۱۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۱۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۱۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۱۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۱۵
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۸

Mean: 215.846	SD: 3.258	CV%: 1.509


Olampius
231.498
226.232
220.966
215.7
210.434
205.168
199.902
1-211
2-219
3-216
4-220
5-211
6-220
7-214
8-215
9-216
10-219
11-220
12-211
13-216
14-219
15-213
16-219
17-211
18-214
19-215
20-218
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1-220
22-218
23-211
24-215
25-213
26-218
21 22 23 24 25 26 27