آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Magnesium
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۴,۹	۴,۶	۴,۳	۴	۳,۷	۳,۴	۳,۱	۰,۳	۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳,۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۴,۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴,۱۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۴,۰۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۳,۸۳
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴,۱۳
۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴,۰۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴,۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۸۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۳,۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۳
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳,۸۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳,۷۹
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴,۱۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۲۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳,۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۲۲
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۱۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳,۹۲
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳,۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۴,۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴,۳
۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳,۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴,۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۸۸

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۴,۲۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴,۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳,۹۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴,۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴,۲۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۸۷
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴,۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۳,۹
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴

Mean: 4.066	SD: 0.192	CV%: 4.721


Olampius
4.9
4.6
4.3
4
3.7
3.4
3.1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-3.7
2-4.2
3-4
4-4.11
5-4.09
6-3.83
7-4.13
8-4.06
9-4.27
10-3.88
11-3.91
12-4.3
13-3.83
14-3.79
15-4.17
16-4.21
17-3.8
18-4.22
19-4.16
20-3.92


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
21-3.8
22-4.28
23-4.3
24-3.91
25-4.27
26-3.88
27-4.3
28-4.23
29-4.3
30-3.93
31-4.3
32-4.21
33-3.87
34-4.3
35-3.9
36-4