آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Phosphorus
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۷,۹۰۹	۷,۶۸۶	۷,۴۶۳	۷,۲۴	۷,۰۱۷	۶,۷۹۴	۶,۵۷۱	۰,۲۲۳	۳,۰۷۹

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷,۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷,۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷,۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷,۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷,۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷,۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷,۳۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷,۳۱

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۷,۲۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷,۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷,۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۷,۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷,۴۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۷,۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷,۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۲
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۷,۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۱۲
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۷,۱
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۷,۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۱۱

Mean: 7.249	SD: 0.124	CV%: 1.71


Olampius
7.909
7.686
7.463
7.24
7.017
6.794
6.571
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1-7.3
2-7.4
3-7.1
4-7.2
5-7.4
6-7.1
7-7.33
8-7.31
9-7.23
10-7.41
11-7.15
12-7.15
13-7.3
14-7.45
15-7.1
16-7.4
17-7.3
18-7.2
19-7.41
20-7.12


22-7.15
23-7.11
22
23
24