# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Potassium
عنوان دستگاه : مدیکا ۱ سری ساخت : ۲۴۳۱۶

عنوان کنترل : مدیکا کنترل ۲
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۱۹

| SD۳ | SD۲ | SD۱ | MEAN | SD۱- | SD۲- | SD۳- | SD | %CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵,۹ | ۵,۸ | ۵,۷ | ۵,۶ | ۵,۵ | ۵,۴ | ۵,۳ | ۰,۱ | ۰,۶۹ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵,۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵,۵ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵,۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵,۶۸ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵,۵۳ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۵,۶۳ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۵,۶۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۵,۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۵,۵ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۵,۵۳ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵,۵۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵,۵۹ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵,۶۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۷ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۵۵ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵,۶۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵,۷ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵,۵۴ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵,۷ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵,۶۳ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵,۶۴ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۶۳ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵,۷ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵,۵ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵,۶۲ |

| Mean: 5.618 | SD: 0.067 | CV%: 1.195 |
|---|---|---|


مدیکا ۱
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1-5.7
2-5.5
3-5.6
4-5.7
5-5.68
6-5.53
7-5.63
8-5.66
9-5.7
10-5.5
11-5.53
12-5.57
13-5.6
14-5.59
15-5.67
16-5.6
17-5.7
18-5.55
19-5.66
20-5.7


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21-5.54
22-5.7
23-5.63
24-5.64
25-5.63
26-5.7
27-5.6
28-5.5
29-5.6
30-5.62