# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Potassium
عنوان دستگاه : مدیکا ۱ سری ساخت : ۲۴۳۱۶
عنوان کنترل : مدیکا کنترل ۲
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۱/۱۹

| SD۳ | SD۲ | SD۱ | MEAN | SD۱- | SD۲- | SD۳- | SD | %CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵,۸۳۱ | ۵,۷۶ | ۵,۶۸۹ | ۵,۶۱۸ | ۵,۵۴۷ | ۵,۴۷۶ | ۵,۴۰۵ | ۰,۰۷۱ | ۱,۲۶۴ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵,۶۷ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵,۶۳ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵,۵۷ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۶۳ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵,۶۸ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵,۶ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵,۵۵ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵,۶۲ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵,۶۵ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵,۵۹ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵,۶۱ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵,۶۲ |

| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۵۷ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵,۶۴ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵,۵۶ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۵,۶ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۵,۶۱ |

| Mean: 5.611 | SD: 0.035 | CV%: 0.624 |
|---|---|---|