آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Total Protein
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN324
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۵,۵۳۶	۵,۳۲۴	۵,۱۱۲	۴,۹	۴,۶۸۸	۴,۴۷۶	۴,۲۶۴	۰,۲۱۲	۴,۳۲۹

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۴,۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۴,۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴,۸
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۱۱
۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴,۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴,۹

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴,۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴,۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴,۸
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵,۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۱۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵,۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵,۱

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۴,۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۴,۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۴,۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵
۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵,۱۱
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۱

Mean: 4.942	SD: 0.154	CV%: 3.112


Olampius
5.536
5.324
5.112
4.9
4.688
4.476
4.264
1-5.1
2-4.7
3-5.1
4-4.9
5-4.8
6-5.1
7-5.11
8-5
9-4.7
10-4.9
11-4.8
12-4.8
13-4.7
14-4.8
15-5.1
16-5
17-5.11
18-5.1
19-4.7
20-5.1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


22-4.8
23-4.9
24-5
25-5.11
26-5
27-5.1
21 22 23 24 25 26 27 28