آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Total Protein
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP125
عنوان کنترل : Control Hight
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۶,۷۵۵	۶,۶۸	۶,۶۰۵	۶,۵۳	۶,۴۵۵	۶,۳۸	۶,۳۰۵	۰,۰۷۵	۱,۱۵۳

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶,۴۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶,۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۵۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۴۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۶
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۵۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶,۴۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶,۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶,۴۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۵۵
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶,۵۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۴۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶,۴۷
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۵۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶,۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶,۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶,۴۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶,۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۵۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۴۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۶
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۶
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۵۵

Mean: 6.533	SD: 0.052	CV%: 0.797


Olampius
6.755
6.68
6.605
6.53
6.455
6.38
6.305
1-6.46
2-6.6
3-6.5
4-6.53
5-6.48
6-6.6
7-6.51
8-6.49
9-6.6
10-6.49
11-6.55
12-6.53
13-6.48
14-6.47
15-6.53
16-6.6
17-6.5
18-6.6
19-6.48
20-6.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


-6.56
22-6.6
23-6.46
24-6.6
25-6.6
26-6.55
21 22 23 24 25 26 27