آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Transferrin
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۲۸,۱۹۹	۲۲۲,۱۰۷	۲۱۶,۰۱۵	۲۰۹,۹۲۳	۲۰۳,۸۳۱	۱۹۷,۷۳۹	۱۹۱,۶۴۷	۶,۰۹۲	۲,۹۰۲

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۱۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۰۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۱۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۰۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰۷

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۱۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۱۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۱۶
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۰۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۱۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۰۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۰۵
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۶

Mean: 209.783	SD: 4.748	CV%: 2.263


Olampius
228.199
222.107
216.015
209.923
203.831
197.739
191.647
1-204
2-216
3-215
4-206
5-216
6-204
7-208
8-207
9-213
10-204
11-215
12-204
13-210
14-215
15-216
16-205
17-210
18-214
19-205
20-213
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


22-205
23-206
1 22 23 24