آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Transferrin
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰
عنوان کنترل : Control Normal
شروع کنترل :۱۴۰۴/۰۲/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۲۲۴,۵۳۳	۲۱۹,۵۱۱	۲۱۴,۴۸۹	۲۰۹,۴۶۷	۲۰۴,۴۴۵	۱۹۹,۴۲۳	۱۹۴,۴۰۱	۵,۰۲۲	۲,۳۹۸

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۰۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۰۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۱۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۰۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۰۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۱۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۰۶
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۰۹
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۱۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۰۵

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۰۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۰۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۱۴
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۶
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۹

Mean: 210.423	SD: 3.113	CV%: 1.48


Olampius
224.533
219.511
214.489
209.467
204.445
199.423
194.401
1-205
2-213
3-211
4-208
5-214
6-209
7-211
8-214
9-215
10-208
11-209
12-213
13-211
14-206
15-209
16-212
17-213
18-205
19-214
20-207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1-209
22-214
23-212
24-214
25-206
26-209
21 22 23 24 25 26 27