

عنوان آزمایش : (Acid Phos.(Prostatic
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
عنوان کنترل : Multi1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۵	۰,۷۳۳	۸,۳	۹,۰۳۳	۹,۷۶۷	۱۰,۵	۱۱,۲۳۳	۱۱,۹۶۷	۱۲,۷

مقدار	تاریخ
۹,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۹,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۱,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۹,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵

CV%: 4.499	SD: 0.465	Mean: 10.329
------------	-----------	--------------

