

عنوان کنترل : Multi1  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : ( Acid Phos.( Prostatic  
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۹۹	۰,۴۶۵	۸,۹۳۴	۹,۳۹۹	۹,۸۶۴	۱۰,۳۲۹	۱۰,۷۹۴	۱۱,۲۵۹	۱۱,۷۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۰,۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۹,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۰,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۹,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۹,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۰,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۹,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۰,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۰,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۹,۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۹,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۹,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.964	SD: 0.299	Mean: 10.096
------------	-----------	--------------

