

عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
عنوان کنترل : Multi 1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۵	۱,۳۳۳	۲۰,۹	۲۲,۲۳۳	۲۳,۵۶۷	۲۴,۹	۲۶,۲۳۳	۲۷,۵۶۷	۲۸,۹

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۲۴,۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۲۳,۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۲۲,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۲۶,۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵

CV%: 4.936	SD: 1.216	Mean: 24.631
------------	-----------	--------------

