

عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total
عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲
عنوان کنترل : Multi 1
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۳۶	۱,۲۱۶	۲۰,۹۸۳	۲۲,۱۹۹	۲۳,۴۱۵	۲۴,۶۳۱	۲۵,۸۴۷	۲۷,۰۶۳	۲۸,۲۷۹

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۴,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۵,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۵,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۵,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
		۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
		۲۴,۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۳,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
		۲۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
CV%: 2.883		SD: 0.707		Mean: 24.517	

