

Perci : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

سری ساخت: ۶۳۷۰۹۱۰۱

CSF Albumin : عنوان آزمایش :  
Integra : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۹۷۹	۰,۶۱۷	۱۰,۵۴۶	۱۱,۱۶۳	۱۱,۷۸	۱۲,۳۹۷	۱۳,۰۱۴	۱۳,۶۳۱	۱۴,۲۴۸

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۲,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۲,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۲,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۲,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۲,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۲,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲

CV%: 2.616	SD: 0.325	Mean: 12.438
------------	-----------	--------------

