

عنوان کنترل : Perci
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

عنوان آزمایش : CSF Albumin
عنوان دستگاه : Integra
سری ساخت : ۶۳۷۰۹۱۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹	۰,۶	۹,۸	۱۰,۴	۱۱	۱۱,۶	۱۲,۲	۱۲,۸	۱۳,۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۱,۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۲,۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۱,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۲,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۲,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

CV%: 4.325	SD: 0.518	Mean: 11.973
------------	-----------	--------------

