

Perci : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

CSF Albumin : عنوان آزمایش :
سری ساخت: ۶۳۷۰۹۱۰۱ Integra : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸۴	۰,۴۷۴	۱۰,۹۱۸	۱۱,۳۹۲	۱۱,۸۶۶	۱۲,۳۴	۱۲,۸۱۴	۱۳,۲۸۸	۱۳,۷۶۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۱,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۲,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۲,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 3.87	SD: 0.472	Mean: 12.192
-----------	-----------	--------------

