

عنوان کنترل : I کنترل
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۵/۱۶

عنوان آزمایش : Aldolase
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : ۱-۰۱۴-۰۱-۳۹۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۸	۰,۴۴۸	۶,۰۲۶	۶,۴۷۴	۶,۹۲۲	۷,۳۷	۷,۸۱۸	۸,۲۶۶	۸,۷۱۴

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۷,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۷,۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۷,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۷,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۷,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۷,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۷,۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۶,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۷,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۷,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۷,۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۶,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۷,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 6.007	SD: 0.448	Mean: 7.453
------------	-----------	-------------

