

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت: ..GN125

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۵۸	۴,۸۶۷	۲۱۰,۱۹۹	۲۱۵,۰۶۶	۲۱۹,۹۳۳	۲۲۴,۸	۲۲۹,۶۶۷	۲۳۴,۵۳۴	۲۳۹,۴۰۱

مقدار	تاریخ
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CV%: 2.173	SD: 4.871	Mean: 224.211
------------	-----------	---------------

