

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت : GN225

Alkaline Phosphatase : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۶	۱۱,۷۴۵	۱۷۹,۸۶۵	۱۹۱,۶۱	۲۰۳,۳۵۵	۲۱۵,۱	۲۲۶,۸۴۵	۲۳۸,۵۹	۲۵۰,۳۳۵

مقدار	تاریخ
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 3.091	SD: 6.826	Mean: 220.821
------------	-----------	---------------

