

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۵۳۶	۰,۵۹۴	۱۱,۳۱۸	۱۱,۹۱۲	۱۲,۵۰۶	۱۳,۱	۱۳,۶۹۴	۱۴,۲۸۸	۱۴,۸۸۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۳,۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۳,۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۲,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۳,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۲,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۳,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۳,۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۲,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۲,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۲,۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۳,۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 2.637	SD: 0.346	Mean: 13.138
------------	-----------	--------------

