

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۷۱	۰,۳۶۴	۱۲,۰۳۱	۱۲,۳۹۵	۱۲,۷۵۹	۱۳,۱۲۳	۱۳,۴۸۷	۱۳,۸۵۱	۱۴,۲۱۵

مقدار	تاریخ
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۲,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۳,۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۲,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۳,۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۲,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۳,۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۲,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۳,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۲,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۳,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱۳,۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 2.693	SD: 0.353	Mean: 13.116
------------	-----------	--------------

