

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۲۴۴ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۱۶	۰,۴۶	۱۱,۷۱۷	۱۲,۱۷۷	۱۲,۶۳۷	۱۳,۰۹۷	۱۳,۵۵۷	۱۴,۰۱۷	۱۴,۴۷۷

مقدار	تاریخ
۱۳,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۳,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۲,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۲,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۳,۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۳,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۳,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۲,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۲,۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۳,۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۳,۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۳,۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۲,۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۲,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱

CV%: 3.618	SD: 0.472	Mean: 13.035
------------	-----------	--------------

