

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت : GN125..

Amylase serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۵۳	۱,۰۱۷	۷۲,۱۹۹	۷۳,۲۱۶	۷۴,۲۳۳	۷۵,۲۵	۷۶,۲۶۷	۷۷,۲۸۴	۷۸,۳۰۱

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CV%: 2.101	SD: 1.573	Mean: 74.842
------------	-----------	--------------

