

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت: GN225

Amylase serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۴۶	۳,۶۷۵	۶۳,۲۸۵	۶۶,۹۶	۷۰,۶۳۵	۷۴,۳۱	۷۷,۹۸۵	۸۱,۶۶	۸۵,۳۳۵

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۷۷,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۷۷,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.011	SD: 1.487	Mean: 73.915
------------	-----------	--------------

