

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیپتاجی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۱۶۵	۰,۰۱۴	۸,۳۰۱	۸,۳۱۵	۸,۳۲۹	۸,۳۴۳	۸,۳۵۷	۸,۳۷۱	۸,۳۸۵

مقدار	تاریخ
۸,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۸,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۸,۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۸,۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۸,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۸,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۸,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۸,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۸,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۸,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۸,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۸,۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 0.167	SD: 0.014	Mean: 8.345
------------	-----------	-------------

