

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BN223
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۶۲۹	۰,۱۱۷	۱,۴۰۷	۱,۵۲۴	۱,۶۴۱	۱,۷۵۸	۱,۸۷۵	۱,۹۹۲	۲,۱۰۹

مقدار	تاریخ
۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱,۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱,۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱,۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱,۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱,۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱,۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 7.232	SD: 0.127	Mean: 1.75
------------	-----------	------------

