

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیپتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۴	۰,۰۳۳	۸,۲۴۶	۸,۲۷۹	۸,۳۱۲	۸,۳۴۵	۸,۳۷۸	۸,۴۱۱	۸,۴۴۴

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۸,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۸,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۸,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۸,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۸,۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵

مقدار	تاریخ
۸,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۸,۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۸,۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۸,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۸,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳

CV%: 0.419	SD: 0.035	Mean: 8.355
------------	-----------	-------------

