

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP224


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۶۵	۱,۴۷۸	۱۰۳,۰۰۱	۱۰۴,۴۷۹	۱۰۵,۹۵۷	۱۰۷,۴۳۵	۱۰۸,۹۱۳	۱۱۰,۳۹۱	۱۱۱,۸۶۹

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶

CV%: 1.991	SD: 2.151	Mean: 108
------------	-----------	-----------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت: GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۷,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۷,۳۳۴	۱۱۴,۶۶۷	۱۲۲	۱۲۹,۳۳۳	۱۳۶,۶۶۶	۱۴۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

CV%: 5.491	SD: 6.408	Mean: 116.7
------------	-----------	-------------

