

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۷,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۷,۳۳۴	۱۱۴,۶۶۷	۱۲۲	۱۲۹,۳۳۳	۱۳۶,۶۶۶	۱۴۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 3.192	SD: 3.789	Mean: 118.7
------------	-----------	-------------

