

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۶	۲,۲۱۲	۳۴,۶۳۱	۳۶,۸۴۳	۳۹,۰۵۵	۴۱,۲۶۷	۴۳,۴۷۹	۴۵,۶۹۱	۴۷,۹۰۳

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳

CV%: 2.52	SD: 1.035	Mean: 41.074
-----------	-----------	--------------

