

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸
عنوان کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۶۷	۰,۶۴۶	۳۲,۶۴۹	۳۳,۲۹۵	۳۳,۹۴۱	۳۴,۵۸۷	۳۵,۲۳۳	۳۵,۸۷۹	۳۶,۵۲۵

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲

مقدار	تاریخ
۳۴,۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳۵,۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵

CV%: 1.695	SD: 0.587	Mean: 34.636
------------	-----------	--------------



Tumor marker I : عنوان کنترل : CA-125 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ : سری ساخت: ۷۶۷۸۹۷ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶	۲,۵	۲۸	۳۰,۵	۳۳	۳۵,۵	۳۸	۴۰,۵	۴۳

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۳۶,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۳۵,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۳۶,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰

CV%: 4.017	SD: 1.464	Mean: 36.435
------------	-----------	--------------

