

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۸۳۶	۲,۲۲۲	۳۱,۴۰۴	۳۳,۶۲۶	۳۵,۸۴۸	۳۸,۰۷	۴۰,۲۹۲	۴۲,۵۱۴	۴۴,۷۳۶

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۳۶,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۹,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
		۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
		۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
		۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
CV%: 5.612		SD: 2.164		Mean: 38.562	

