

عنوان آزمایش : CA-125  
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
 سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷  
 عنوان کنترل : Tumor marker I  
 شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۸۳۶	۲,۲۲۲	۳۱,۴۰۴	۳۳,۶۲۶	۳۵,۸۴۸	۳۸,۰۷	۴۰,۲۹۲	۴۲,۵۱۴	۴۴,۷۳۶

مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ	
۳۶		۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۳۵		۱۴۰۴/۰۹/۱۲		۳۸		۱۴۰۴/۰۹/۰۱	
۳۷		۱۴۰۴/۰۹/۲۴		۳۹		۱۴۰۴/۰۹/۱۳		۳۷		۱۴۰۴/۰۹/۰۲	
۳۵		۱۴۰۴/۰۹/۲۵		۳۴		۱۴۰۴/۰۹/۱۵		۳۹		۱۴۰۴/۰۹/۰۴	
۴۰		۱۴۰۴/۰۹/۲۶		۳۸		۱۴۰۴/۰۹/۱۶		۴۱		۱۴۰۴/۰۹/۰۵	
۳۶		۱۴۰۴/۰۹/۲۷		۴۱		۱۴۰۴/۰۹/۱۷		۳۹		۱۴۰۴/۰۹/۰۶	
۳۵		۱۴۰۴/۰۹/۲۹		۳۷		۱۴۰۴/۰۹/۱۸		۳۸		۱۴۰۴/۰۹/۰۸	
۳۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۳۹		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۴۱		۱۴۰۴/۰۹/۰۹	
				۳۵		۱۴۰۴/۰۹/۲۰		۴۰		۱۴۰۴/۰۹/۱۰	
				۴۰		۱۴۰۴/۰۹/۲۲		۳۴		۱۴۰۴/۰۹/۱۱	
CV%: 5.954			SD: 2.246			Mean: 37.72					

