

Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۴۳	۰,۴۳۵	۲۲,۲۹۶	۲۲,۷۳۱	۲۳,۱۶۶	۲۳,۶۰۱	۲۴,۰۳۶	۲۴,۴۷۱	۲۴,۹۰۶

مقدار	تاریخ
۲۳,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۲۳,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۲۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۲۳,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۳,۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۲۳,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۲۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۲۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۲۳,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵

CV%: 1.128	SD: 0.268	Mean: 23.751
------------	-----------	--------------

